

Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.

Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en juiste gebruik van handschoenen!

Procedure van de behandeling	Ja	Nee
1. handen wassen voor behandeling	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -5
2. Anesthesie klaarmaken. Is niet altijd nodig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ Dit kun je al klaarmaken voordat de behandeling is gestart.		
○ Bovenkaak: korte naald, is hier op school een naald met groen dopje		
○ Onderkaak: lange naald, is hier op school een naald met geel dopje		
3. Hoekstukken op de unit plaatsen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ 20 seconden doorspoelen		
○ Het juiste boren klaarleggen		
4. patiënt in de stoel achterover leggen. Let hierbij op boven- en onderkaak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
5. lamp boven de stoel aanzetten en goed op de kaak instellen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. patiëntservet op de patiënt leggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. spiegel en sonde aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ controleren of het juiste element wordt geprepareerd		
8. anesthesie aangeven aan de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. spiegel en turbinehoekstuk met rechte fissuurboor aan tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ boren van de caviteit		
10. de assistent plaats de afzuiger bij het te prepareren element	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Turbine hoekstuk terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Afzuiger terug plaatsen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Groen hoekstuk met ronde boor en spiegel aan de tandarts geven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -2
○ Excaveren, verwijderen diepe cariës		
14. Water en luchtsput aangeven	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
○ Verwijderen van de cariës uit de caviteit		
15. spiegel en sonde aangeven aan de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -15
○ inspectie van de caviteit. Is het element helemaal schoon.		
16. spiegel en sonde terugnemen van de tandarts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Wattenrollen aangeven met pincet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -3
○ 2 wattenrollen in de onderkaak		
○ 1 wattenrol in de bovenkaak		
○ Voor het droogleggen van het werkgebied		
18. pincet terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. water/luchtsput aangeven (droogblazen caviteit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -6
20. kwastje met conditioner aangeven, 10 seconden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. water/luchtsput aangeven, wegsprayen 10 seconden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. pincet en afvalbakje aangeven, vervangen wattenrollen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> 18
23. pincet terugnemen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. water/luchtsput aangeven (droogblazen caviteit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> -10
25. GIC aanmaken (capsule doordrukken 8 sec.schudden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. GIC pistool aangeven met capsule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. GIC pistool terugnemen en instrument aangeven, four handed*	O	O -3
28. GIC uitharden met halogeenlamp, 20 seconden, door de assistente	O	O
29. pincet aangeven + afvalbakje gereed houden, verwijderen wattenrollen	O	O
30. pincet terugnemen	O	O
31. turbine hoekstuk met vlamvormige boor aangeven (afwerken vulling)	O	O -2
32. afzuigen	O	O
33. zonodig afwerken met arkansasteen/schuurschijfje soflex	O	O
34. afzuiger terugplaatsen	O	O
35. vernis aanbrengen uitharden met de lamp.	O	O-2
o Bescherming van de vulling tegen uitdrogen en verkleuren		
36. <u>spiegel en sonde (eind controle)</u>	O	O

Wordt alleen punt 17 of punt 26 vergeten dan wordt de hele behandeling met een matig beoordeeld

Wordt punt 24 vergeten dan wordt de hele behandeling met een onvoldoende beoordeeld

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er is gedaan. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken