

VISTA  
college

# INBRENGEN / VERZORGEN NEUS-MAAGSONDE



# LESOPZET

- Wat weet je al over de neus-maagsonde?
- Leerdoelen
- Materialen die nodig zijn.
- Indicatie en contra-indicaties
- Demonstratie inbrengen neus-maagsonde
- Zelf oefenen
- Evaluatie

# WAT WEET JE AL??



# LESDOELEN:

Na deze les kan ik benoemen:

- Welke materialen er nodig zijn om een neus-maagsonde in te brengen
- Welke indicaties en contra indicaties er zijn t.a.v. de neus-maagsonde
- Welke stappen ik neem bij het inbrengen van de neus-maagsonde
- Hoe ik een PEG sonde verzorg en welke aandachtspunten hierbij zijn

Aan het eind van deze les heb ik geoefend met het inbrengen van de neus-maagsonde

# MATERIALEN

- tissue
- handschoenen
- voorgeschreven steriele maagsonde (evt. met spuitkoppelstukje) + afsluitdopje en goede carriere.
- stukje pleister voor markering of watervaste stift (indien nodig)
- kom met water (om de sonde nat te maken)
- onderlegger
- spuit 50 ml
- pH-indicator
- hypoallergeen pleister of (neus)fixatiepleister
- schaar
- glas handwarm kraanwater en evt. rietje
- veiligheidsspeld
- afvalbak
- meetlint

# PH-INDICATOR

- Nodig om maagsap controleren op goede waarde. Deze moet  $<$  of gelijk zijn aan 5,5.
- Anders mag er GEEN sondevoeding toegediend worden.

Waarom zou dit zo belangrijk zijn??



# INDICATIES

- sondevoeding of enterale voeding toe te dienen
- de maag te hevelen ter ontlasting van het spijsverteringskanaal na operatie of ileus
- Meerdere andere indicaties, maar bovenstaande zijn van toepassing op jullie werkplek.
- Lees altijd goed welke sonde je ZV heeft. Een duodenumsonde mag je NOOIT zelf verwisselen.



# CONTRA INDICATIES

- in- en uitwendige vergroeiingen van keelholte, slokdarm, maag of omliggende organen
- tumoren in de keelholte, slokdarm, maag of omliggende organen
- postoperatieve fase van slokdarm-, maag- of hoofd-/hals chirurgie
- ernstige stollingsstoornissen

### **Complicaties tijdens de handeling**

Weerstand in de neus tijdens inbrengen.

Braakneiging, kokhalzen, benauwdheid, hoesten/proesten.

Sonde krult op in de mond/keelholte.

Inspuiten lucht stuit op weerstand, sonde zit geknikt.

Er kan geen maagsap opgezogen worden.

### **Handelwijze**

Probeer een iets andere inbrengrichting.

Trek de sonde iets terug en probeer opnieuw. Laat de cliënt een slokje water drinken.

Trek de sonde terug en probeer opnieuw.

Trek de sonde iets terug en probeer opnieuw óf verander van houding.

Laat de cliënt op andere zij liggen of trek de sonde iets terug en probeer opnieuw.  
Breng bij twijfel in overleg met arts nieuw sonde in.



# DEMONSTRATIE



# ZELF OEFENEN

- Je wordt door je medestudent geobserveerd en zo nodig bijgestuurd in de handeling m.b.v. de observatie scoringlijst.
- Zoek de observatie scoringslijst op Vilans.